



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

**PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SUDDIVISA IN 76 LOTTI E FINALIZZATA ALLA
STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO, PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI GENERALI
DESTINATE ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CHIARIMENTI

Si comunica che, in seguito alle diverse richieste pervenute, con determinazione prot. n. 8153, Rep. n. 231 del 10 febbraio 2017, il termine per la presentazione delle offerte e della campionatura è stato prorogato alla ore 13:00 del giorno data 16 marzo 2017.

Con il medesimo atto sono stati approvati ed è stata disposta la pubblicazione dei seguenti documenti, che tengono conto di quanto riportato nei chiarimenti sotto riportati.

- All. B elenco lotti, CIG, basi d'asta, cauzione_post-chiarimenti;
- Allegato 3 - Schema di offerta economica_post-chiarimenti;
- Sub-Allegato 1B - quantitativi triennali e campionatura_post-chiarimenti;
- Sub-Allegato 1C - quantitativi annui ASL e complessivi_post-chiarimenti.

Lotto 23	Rif. ID 52	M0201030202	Garza laparatomica non sterile con filo radiopaco/barretta senza fettucce in cotone cucita - 4 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 1

DOMANDA: Con riferimento al lotto 23 Rif. ID 52, nel SubAllegato 1B Quantitativi triennali e campionatura, nella colonna descrizione standard prodotto viene riportata la seguente dicitura: Garza laparatomica non sterile con filo radiopaco/ barretta senza fettucce in cotone cucita – 4 strati, mentre nella colonna materiale e dettagli è scritto: Cotone non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce. Si chiede se tale laparatomica deve essere dotata di fettucce o meno.

RISPOSTA: Come indicato nella sezione materiale/dettagli la garza richiesta si intende con fettucce.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 9	Rif. ID 17-18-19	M0201020101	Garza in zaffi sterile
---------	------------------	-------------	------------------------

CHIARIMENTO n. 2

DOMANDA: Lotto 9 Garza in zaffi sterile: rif. ID 17-18-19 si chiedono prodotti con lunghezza di m.10, mentre per l'ID 20 la lunghezza è di metri 5. Si chiede se si tratta di un refuso la lunghezza di 10 m., in quanto sul mercato le misure standard sono da m. 5

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara

Lotto 10	Rif. ID 21-22-23	M0201020101	Garza piegata sterile senza filo radiopaco/barretta in cotone - <u>12 strati</u>
----------	------------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 3

DOMANDA: Lotto 10 Garza piegata sterile senza filo radiopaco in cotone – 12 strati: non sono specificati quanti pezzi deve contenere il blister, si prega di comunicarlo.

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 11	Rif. ID 24	M0201020102	Compressa di garza piegata non sterile in cotone senza filo radiopaco/barretta - 8 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 4

DOMANDA: Lotto 11 Compressa di garza piegata non sterile in cotone senza filo radiopaco - 8 strati. Nella colonna confezionamento primario non è specificato il tipo di confezionamento. Si tratta di pacco da 100? Dobbiamo presentare come campionatura 1 pacco da 100 pezzi o possiamo presentare una quantità ridotta di 10 pezzi?

RISPOSTA: Si richiede la confezione e la campionatura di un pacco da 100 pezzi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 14	Rif. ID 28	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 4 strati
----------	------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 5

DOMANDA: Lotto 14 Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati. Si ritiene che la garza da voi dichiarata piegata debba essere anche cucita, in quanto le garze con questa superficie vengono utilizzate per grossi interventi, pertanto se la garza non è cucita si corre il rischio di perdita di fili durante l'intervento chirurgico. Inoltre volevamo precisare che sul mercato non esiste un doppio blister per contenere tale misura, per imbustarla bisognerebbe piegarla ulteriormente, a questo punto non sarebbe più piegata 30x45 ma una piegata con misure più piccole e con molti più strati. Confermate che si tratta di una laparatomica e non di una compressa piegata? In caso affermativo si chiede di rettificare. Non è specificato inoltre quanti pezzi deve contenere il doppio blister, si prega di comunicarlo. Nel nuovo sub allegato 1B, chiedete come campionatura 10/12 blister ovvero 2 confezioni secondarie, si prega di specificare meglio cosa intendete dire. Volete 10/12 doppi blister?

RISPOSTA: Il prodotto richiesto si riferisce ad una "Medicazione in garza idrofila sterile di cotone con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati" ovvero a garze piegate sterili e non a garze laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto. La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open. Come campionatura si chiedono 10 blister ovvero due confezioni.

Lotto 15	Rif. ID 29-30	M0201020201	Garza piegata sterile in cotone con filo radiopaco/barretta - 8 strati
----------	---------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 6

DOMANDA: Lotto 15 Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone – 8 strati: Non è specificato quanti pezzi deve contenere il doppio blister. Si chiede di comunicarlo. Nel nuovo sub allegato 1B, chiedete come campionatura 12 blister ovvero 2 confezioni secondarie, si prega di specificare meglio cosa intendete dire. Volete 12 doppi blister?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato). Come campionatura si chiedono 10 o più blister ovvero 2 confezioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 16	Rif. ID 31	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 12 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 7

DOMANDA: Lotto 16 Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone – 12 strati. Non è specificato quanti pezzi deve contenere il doppio blister, si chiede di comunicarlo. Nel nuovo sub allegato 1B, si chiede come campionatura 12 blister ovvero 2 confezioni secondarie, si prega di specificare meglio cosa intendete dire. Volete 12 doppi blister?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato). Come campionatura si chiedono 10 o più blister ovvero 2 confezioni.

Lotto 17	Rif. ID 34	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 16 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 8

Domanda: Lotto 17 Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone – 16 strati. Non è specificato quanti pezzi deve contenere il doppio blister. Si chiede si prega di comunicarlo.

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 20	Rif. ID 41	M0201030201	Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 9

DOMANDA: Lotto 20 Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce – 4 STRATI. Non sono specificati quanti pezzi deve contenere il doppio blister, si chiede di comunicarlo. Il rif. ID 41 laparotomiche cm.40x200 si presume che trattandosi di garza di enormi dimensioni nel doppio blister debba essere inserita solo 1 laparotomica. Confermate?

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, la confezione richiesta è di max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open, pertanto in relazione al rif. 41 è possibile presentare 1 pezzo in doppio blister.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 21	Rif. ID 42	M0201030201	Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce – 4 strati
Lotto 22	Rif. ID 45	M0201030202	Garza laparotomica non sterile di colore verde con filo radiopaco/barretta in cotone cucita con fettucce – 4 strati

CHIARIMENTO n. 10

DOMANDA: Lotti 21–22 Garze laparotomiche sterili e non sterili bianche e verdi. Non sono specificati quanti pezzi deve contenere il blister o il pacco non sterile. Si chiede di comunicarlo.

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato). Per i prodotti non sterili (in questo caso lotto 22 ID 45), il numero dei pezzi ed il relativo confezionamento primario, laddove non specificato è a discrezione dell'operatore economico offerente.

Lotto 29	Rif. ID 73	M0201050201	Tampone rotondo morbido sterile in cotone con filo radiopaco /barretta mm 10
	Rif. ID 74	M0201030202	Tampone rotondo morbido non sterile in cotone con filo radiopaco/barretta mm 8
	Rif. ID 75	M0201030202	Tampone rotondo morbido non sterile in cotone con filo radiopaco/barretta mm.10
Lotto 30	Rif. ID 77	M0201030202	Tampone rotondo morbido non sterile in cotone con filo radiopaco/barretta mm 12

CHIARIMENTO n. 11

DOMANDA: Lotti 29-30-31 – Tampone rotondo morbido sterile e non sterile con e senza filo radiopaco: chiedete che tutti i tamponi debbano essere morbidi, ma si fa presente che per gli ID 73-74-75-77 tamponi di mm 8-10-12, ci risulta che sul mercato non ci siano tamponi di queste dimensioni morbidi, i suddetti dispositivi sono troppo piccoli per essere tali. Si prega di togliere tale dicitura dagli ID suddetti.

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Lotto 40	Rif. ID 101-102	M020301	Compresa di garza medicata con iodoformio al 10%
----------	-----------------	---------	--

CHIARIMENTO n. 12

DOMANDA: Lotto 40 Compresa di garza medicata con iodoformio al 10%. Specificate che la confezione da max 10 pz con doppia busta quella esterna nera, si fa presente che il nostro



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

confezionamento singolo è in doppia busta con carta nera esterna, ma non in confezione da max 10 pezzi. Si chiede di poter presentare offerta con confezioni da 100 pezzi.

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Lotto 41	Rif. ID da 103 a 109	M030101	Bende di garza orlata in cotone non sterile
----------	-------------------------	---------	---

CHIARIMENTO n. 13

DOMANDA: Lotto 41 Bende di garza orlata in cotone non sterile id 103-104-105-106-107-108-109. Per tali dispositivi chiedete confezione singola in pacco da max 10 pz; i nostri articoli sono in confezione singola ma in scatole da 50/100 pezzi. Si chiede la possibilità di presentare offerta con il suddetto confezionamento.

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Lotto 48	Rif. ID da 141 a 152	M03030201	Maglia tubolare sottogesso
----------	-------------------------	-----------	----------------------------

CHIARIMENTO n. 14

DOMANDA: Lotto 48 Maglia tubolare sotto gesso. Con riferimento alle misure, si chiedono delucidazioni in merito a quanto riportato su tutti gli allegati SubAllegato 1B, 1C etc...

L'unità di misura indicata nel Vs. elenco fabbisogni è il kg. Nelle colonne inerenti le misure viene specificato che tali articoli devono essere max 25 mt. Quanto richiesto ci risulta inattuabile perché la lunghezza delle misure piccole sarà sempre superiore alle misure grandi trattandosi di pacchi da un kg.

Esempio: la misura di cm. 4 ha una lunghezza di circa 60 mt, mentre la misura dei cm. 34 ha una lunghezza di circa 8 m. Si chiede di rettificare quanto indicato.

Inoltre chiedete come campionatura n. 6 rotoli in una confezione di vendita. Si prega di specificare meglio che cosa intendete per confezione di vendita, in quanto per i nostri dispositivi il pacco da un kg. è la confezione di vendita. Possiamo inviare come campionatura solo 6 pacchi da un kg?

RISPOSTA: L'unità di misura indicata è il kg. I fabbisogni sono espressi in kg ed il prezzo unitario che l'operatore economico concorrente deve indicare deve essere riportato all'unità di misura di 1 kg. L'operatore potrà offrire una maglia tubolare sottogesso con lunghezza diversa da quanto



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

indicato (max 25 mt) fermo restando che il prezzo unitario offerto deve essere riferito al chilo. Si richiede l'invio di 6 rotoli come campionatura (documentazione ripubblicata).

Lotto 59	Rif. ID 177	M03050201	Bende a gesso fissato/naturale a presa rapida
Lotto 60	Rif. ID 180	M03050201	Bende a gesso fissato/naturale a presa rapida

CHIARIMENTO n. 15

DOMANDA: Lotti 59 - 60 Bende gessate a presa rapida. Per quanto riguarda la campionatura da inviare, si chiede conferma che le 6 confezioni richieste debbano essere inserite nella scatola imballo originale di vendita, oppure essendo le dimensioni del cartone grandi, si chiede se vi bastano solo le 6 confezioni singole.

RISPOSTA: Laddove la confezione singola non coincida con quella di vendita, come campionatura si richiedono 3 confezioni singole in una confezione di vendita (documentazione ripubblicata).

Lotto 61	Rif. ID 183	M03050201	Stecche a gesso fissato a presa rapida
----------	-------------	-----------	--

CHIARIMENTO n. 16

DOMANDA: Lotto 61 Stecche a gesso fissato a presa rapida. La campionatura richiesta è di 6 confezioni in 1 confezione di vendita, si fa presente che la stecca stessa (mt. 20) è già nella confezione di vendita, pertanto non verrà inviata ulteriore scatola.

RISPOSTA: È possibile inviare quanto indicato. Con riferimento al numero dei campioni da inviare si rimanda alla documentazione ripubblicata (2 confezioni in 1 di vendita).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 68	Rif. ID 205	M050101	Cerotto in tela su rocchetto a nastro
Lotto 69	Rif. ID 206	M050101	Cerotto in tela su rocchetto a nastro
Lotto 70	Rif. ID 208	M050101	Cerotti in seta artificiale su rocchetto (a nastro)
Lotto 71	Rif. ID 211	M050101	Cerotti in tnt su rocchetto (a nastro)
Lotto 72	Rif. ID 213	M050101	Cerotti in polietilene su rocchetto (a nastro)
Lotto 73	Rif. ID 216	M050201	Cerotti in tnt estensibile per fissaggio di medicazioni, tipo hypafix o equivalenti

CHIARIMENTO n. 17

DOMANDA: Lotti 68-69-70-71-72-73 Cerotti in tela-seta-tnt polietilene – cerotti in tnt estensibile.

La campionatura richiesta è di 6 scatole in 1 confezione di vendita. Si fa presente che le scatole dei cerotti sono già confezione di vendita; dobbiamo inviare anche la scatola imballo che contiene gli astucci/scatola anche se non è la confezione di vendita?

RISPOSTA: Laddove la confezione di vendita coincida con la primaria è sufficiente inviare la confezione primaria.

Lotto 43	Rif. ID 116	M03020299	Bende all'ossido di zinco e cumarina
----------	-------------	-----------	--------------------------------------

CHIARIMENTO n. 18

DOMANDA: A pagina 31 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.2, punto 1 si richiede rispondenza ai requisiti di prova previsti dalla UNI EN 14079:2004. Si chiede di confermare che tale rispondenza non concerne il lotto n. 43 (bende medicate all'ossido di zinco e cumarina).

RISPOSTA: Si conferma.

CHIARIMENTO n. 19

DOMANDA: Nell'Allegato B con riferimento al lotto n. 43 si legge "Benda non elastica medicata all'ossido di zinco e cumarina". Cosa si intende per benda non elastica? La benda con la quale la nostra ditta intende partecipare alla procedura è una benda non elastica bensì estensibile. La stessa rispetta la caratteristica da Voi richiesta?

RISPOSTA: Si.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 5	Rif. ID 8 -9	M0201010101	Garza in compresse sterili
Lotto 6	Rif. ID 10-11-12-13	M0201010102	Garza in compresse stesa non sterile in cotone

CHIARIMENTO n. 20

DOMANDA: Tenendo conto della grammatura richiesta, riteniamo la base d'asta troppo bassa se paragonata al prezzo medio del mercato per questa tipologia di prodotto. Chiediamo pertanto la possibilità di rivedere tale importo.

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

Lotto 10	Rif. ID 21-22-23	M0201020101	Garza piegata sterile senza filo radiopaco/barretta in cotone - 12 strati
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 21

DOMANDA: Il confezionamento richiesto è in busta da 5 oppure 10 pezzi?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 14	Rif. ID 28	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 4 strati
----------	------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 22

DOMANDA: 1) Il confezionamento si intende in busta da 5 pezzi? 2) La misura 30x45 è una laparatomica e non una garza piegata, pertanto è cucita su tutti i lati. Se così fosse il CND è differente da quello riportato. Confermate? 3) Per la campionatura è necessario inviare 2 blister da 5 pezzi oppure 10/12 blister da 6 pezzi l'uno?

RISPOSTA: 1) La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open. 2) Il prodotto richiesto si riferisce ad una "Medicazione in garza idrofila sterile di cotone con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati" ovvero a garze piegate sterili e non a garze laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto. 3) Come campionatura si chiedono 10 blister ovvero due confezioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 15	Rif. ID 29-30	M0201020201	Garza piegata sterile in cotone con filo radiopaco/barretta - 8 strati
Lotto 16	Rif. ID 31	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 12 strati

CHIARIMENTO n. 23

DOMANDA: 1) Il confezionamento richiesto è in busta da 5 oppure 10 pezzi? 2) Per la campionatura è necessario inviare 2 blister da 5 pezzi oppure 10/12 blister da 5 pezzi l'uno?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato). 2) Come campionatura si chiedono 10 o più blister ovvero 2 confezioni.

Lotto 17	Rif. ID 34	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 16 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 24

DOMANDA: Il confezionamento richiesto è in busta da 5 oppure 10 pezzi?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 20	Rif. ID 40-41	M0201030201	Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati
Lotto 21	Rif. ID 42-43-44	M0201030201	Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati
Lotto 22	Rif. ID da 45 a 49	M0201030202	Garza laparotomica non sterile di colore verde con filo radiopaco/barretta in cotone cucita con fettucce - 4 strati
Lotto 23	Rif da 50 a 56	M0201030202	Garza laparotomica non sterile....
Lotto 24	Rif da 57 a 62	M0201030202	Garza laparotomica non sterile con filo radiopaco/barretta in cotone cucita...
Lotto 25	Rif da 63 a 66	M0201030202	Garza laparotomica non sterile in cotone cucita...
Lotto 27	Rif da 68 a 70	M0201030202	Garza laparotomica non sterile in cotone cucita con fettucce ...
Lotto 28	Rif da 71-72	M0201030202	Garza laparotomica non sterile in cotone ...

CHIARIMENTO n. 25

DOMANDA: Il confezionamento si intende in pacchi da 10 pezzi?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato). Per i prodotti non sterili, laddove non specificato, la ditta concorrente ha la facoltà di offrire il confezionamento dei prodotti disponibile che ritiene opportuno. Si rinvia in entrambi i casi ai documenti di gara ripubblicati.

Lotto 21	Rif. ID 42	M0201030201	Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce – 4 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 26

DOMANDA: Il confezionamento si intende in pacchi da 5 pezzi? Il totale del lotto indicato è pari a € 20.100, la voce 42 fa parte dello stesso lotto? Pertanto il valore complessivo si intende di € 26.100 e non di € 20.100?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato). In riferimento al lotto 21, si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, in particolare si specifica che la base d'asta è unica per il lotto (pari a € 26.100) pertanto la cauzione da presentare per tale lotto è pari a € 261,00.

Lotto 22	Rif. ID 46-47-48	M0201030201	Garza laparotomica sterile di colore verde in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 27

DOMANDA: Le voci sterili (N. 46-47-48-49) si intendono in confezione da 5 pezzi?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 37	Rif. ID 95-96-97-98	M0202010102	Compresa in tnt non sterile senza filo radiopaco/barretta - 4 strati
----------	---------------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 28

DOMANDA: Il confezionamento è da intendersi in pacchi da 100, 200 oppure 300 pezzi?

RISPOSTA: Per i prodotti non sterili, il numero dei pezzi ed il relativo confezionamento primario dei prodotti, laddove non specificato, è a discrezione dell'operatore economico offerente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 10	Rif. ID 21-22-23	M0201020101	Garza piegata sterile senza filo radiopaco/barretta in cotone - 12 strati
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 29

DOMANDA: Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno contenere 5 o 10 garze?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 8	Rif. ID 15-16	M0201020101	Garza in compresse sterili piegata in cotone
---------	---------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 30

DOMANDA: Lotto 8. Sono richieste compresse sterili piegate in busta singola con apertura peel open. Tali compresse devono essere inserite in astuccio di vendita da 12 pz o è sufficiente che siano semplicemente poste nell'imballo di spedizione?

RISPOSTA: Per tale lotto, come campionatura sono richieste 6 confezioni primarie. È a discrezione dell'operatore economico offerente presentare quanto richiesto in ulteriori altre confezioni.

Lotto 6	rif id 10-11-12-13	M0201010102	Garza in compresse stesa non sterile in cotone
Lotto 7	Rif id 14	M0201010102	Garza in compresse stesa non sterile in cotone

CHIARIMENTO n. 31

DOMANDA: ALLEGATO A – Criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi – Lotti n. 6 e 7 — Garza in compresse stese non sterili in cotone. Vengono assegnati 2 punti per la presenza di un "dispenser per un'agevole presa della singola medicazione". Chiediamo conferma che trattasi di refuso, in quanto la confezione di questa tipologia di dispositivo è in pacchi da kg. 1 e non esistono ad oggi sul mercato confezioni dispenser ma involucri in carta e/o polietilene.

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 23	rif id 52	M0201030202	Garza laparatomica non sterile senza filo radiopaco/barretta senza fettucce in cotone cucita - 4 strati
----------	-----------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 32

DOMANDA: ALLEGATO A – Criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi - Lotto 23, Rif. ID 52 — Garze laparatomiche non sterili. Vengono richieste garze laparatomiche a 6 strati, mentre nei Sub-allegati 1B e 1C sono indicati 4 strati. Preghiamo chiarire.

RISPOSTA: Si conferma che il numero degli strati è 4.

Lotto 40	rif id 101-102	M020301	Compresa di garza medicata con iodoformio al 10%
----------	----------------	---------	--

CHIARIMENTO n. 33

DOMANDA: SUBALLEGATO 1A – Descrizione dei prodotti - lotto 40 — Compresa di garza medicata con iodoformio al 10%. Si chiede di confermare che la richiesta della piegatura a 4 strati sia un refuso, in quanto la misura di partenza (cm. 25x25 cm. e cm. 50X25 cm.) è ad unico strato, mentre il confezionamento finale (e quindi il numero degli strati) varia da marchio a marchio a seconda delle differenti scelte aziendali.

RISPOSTA: Per mero errore materiale nel Sub Allegato 1 A è stata riportata la descrizione della compresa di garza medicata a 4 strati. Si conferma che è richiesta la Garza non sterile di tessuto rado di cotone, sbiancato e purificato adatto alle medicazioni con iodoformio al 10% è con unico strato.

Lotto 47	rif id da 131 a 140	M03030103	Rete elasticizzata tubolare
----------	---------------------	-----------	-----------------------------

CHIARIMENTO n. 34

DOMANDA: SUBALLEGATO 1A – Descrizione dei prodotti - lotto 47 — Rete elasticizzata tubolare. Viene richiesta “rete tubolare elasticizzata — Tessuto latex free”. Desideriamo segnalare che, per quanto di nostra conoscenza, non esistono abitualmente sul mercato dispositivi totalmente privi di lattice. Chiediamo la possibilità di offrire rete elastica contenente lattice.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: Nel confermare la possibilità di offrire i prodotti contenenti lattice, si evidenzia che l'assenza della caratteristica in questione è elemento premiante, come riportato nell'Allegato A Criteri di valutazione e modalità assegnazione dei punteggi.

Lotto 21	Rif. ID 42-43-44	M0201030201	Garze laparatomiche sterili
----------	------------------	-------------	-----------------------------

CHIARIMENTO n. 35

DOMANDA: LOTTO 21— Garze laparatomiche sterili. Vengono indicate n. 2 basi asta (€ 6.000 e € 20.100). Chiediamo se saranno aggiudicati due sublotti separati oppure se si tratti di un lotto unico (e quindi i due prezzi a base d'asta vadano sommati).

RISPOSTA: In riferimento al lotto 21, si rinvia alla documentazione ripubblicata confermando che la base d'asta è unica per il lotto (pari a € 26.100,00) e la cauzione da presentare è pari a € 261,00.

Lotto 32	Rif. ID 85	M0201050102	Tampone rotondo morbido non sterile in cotone senza filo radiopaco/barretta
Lotto 33	Rif. ID 86-87-88	M0201050201	Tampone scollatore sterile con filo radiopaco/barretta
Lotto 34	Rif. ID 89-90-91	M0201050201	Tampone rotondo morbido sterile con filo radiopaco/barretta

CHIARIMENTO n. 36

DOMANDA: Nell'Allegato B - Elenco lotti, CIG, basi d'asta, cauzione – Per i lotti n. 32 - n. 33 - n. 34, viene indicato un'unica base d'asta di € 45.200,00, mentre nell'Allegato B - Elenco lotti, Cig, basi d'asta, cauzione_new le basi d'asta per i tre lotti sono distinte (rispettivamente € 12.900,00 - € 7.100,00 - € 25.200,00). Siamo a chiedere se tali lotti siano aggiudicabili in lotto unico e, in caso affermativo, se per ogni "sublotto" vada rispettato la singola base d'asta.

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, chiarendo che i lotti indicati sono 3 e ciascuno verrà aggiudicato distintamente.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 21	Rif. ID 42-43-44	M0201030201	Garze laparatomiche sterili
----------	------------------	-------------	-----------------------------

CHIARIMENTO n. 37

DOMANDA: Allegato B — “Elenco lotti, cig, basi d’asta, cauzione new” Lotto 21 - Garze laparatomiche sterili. Come nell’Allegato B - elenco lotti, CIG, basi d’asta, cauzione, anche qui vengono indicate n. 2 basi d’asta (€ 6.000,00 e € 20.100,00). Chiediamo se saranno aggiudicati due sublotto separati oppure se si tratta di un lotto unico (e quindi i due prezzi a base d’asta vadano sommati).

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione ripubblicata, e in riferimento al lotto 21 si specifica che la base d’asta è unica per lotto (pari a € 26.100,00) pertanto la cauzione da presentare è pari a € 261,00.

Lotto 14	Rif.ID 28	M0201020201	Garze piegate sterili
Lotto 15	Rif. ID 29-30	M0201020201	Garze piegate sterili
Lotto 16	Rif. ID 31-32	M0201020201	Garze piegate sterili

CHIARIMENTO n. 38

DOMANDA: Sub Allegato 1B Lotti n. 14 - n. 15 - n. 16 - Garze piegate sterili. Viene richiesto di presentare come campionatura n. 2 confezioni secondarie. Chiediamo se si debbano intendere n. 2 imballi (scatoloni) oppure un’eventuale confezione intermedia (dispenser).

RISPOSTA: Come campionatura si chiedono 10 o più blister ovvero due confezioni. Si rinvia alla documentazione ripubblicata.

Lotto 19	Rif. ID 38-39	M0201020202	Compresa di garza piegata sterile
----------	---------------	-------------	-----------------------------------

CHIARIMENTO n. 39

DOMANDA: Lotto n. 19 Rif. ID 39 — Compresse di garza piegata non sterile. Viene richiesta come campionatura n. 1 confezione secondaria. Visto che la confezione secondaria di tale dispositivo è composta da circa n. 2.500 pezzi, siamo a domandare di verificare cortesemente la correttezza di tale richiesta.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: Si rimanda alla documentazione ripubblicata, specificando che si richiede la confezione primaria.

Lotto 23	Rif. ID 52	M0201030202	Garza laparatomica non sterile con filo radiopaco/barretta senza fettucce in cotone cucita - 4 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 40

DOMANDA: Lotto 23 Rif. ID 52 — Garze laparatomiche non sterili. Nella colonna “descrizione standard prodotto” viene indicato “senza” fettucce, mentre nella colonna “materiale/dettagli” il dispositivo viene richiesto con fettuccia. Si chiede di chiarire.

RISPOSTA: Come indicato nella sezione materiale/dettagli la garza richiesta si intende con fettucce.

Lotto 61	Rif. ID 183	M03050201	Stecche a gesso fissato a presa rapida
----------	-------------	-----------	--

CHIARIMENTO n. 41

DOMANDA: Lotto 61 Stecche a gesso fissato a presa rapida. Vengono indicate come campionatura n. 6 confezioni da 20 mt. Ci pare una quantità eccessiva, considerando sia il costo di ogni singola stecca sia il peso che i 6 campioni interi svilupperebbero. Si chiede se possa invece bastare una quantità più ridotta per le prove tecniche.

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione ripubblicata (2 confezioni in 1 di vendita). Laddove la confezione di vendita coincida con la confezione primaria è sufficiente quest’ultima in due quantità.

Lotto 9	Rif. ID 17-18-19	M0201020101	Garza in zaffi sterile
---------	------------------	-------------	------------------------

CHIARIMENTO n. 42

DOMANDA: Suballegato 1C - Lotto n. 9 Rif. ID 17 - Rif. ID 18 - Rif. ID 19 - Garza in zaffi sterile. Vengono richiesti zaffi sterili rispettivamente da m. 10x2 cm. - m. 10x5 cm. - m. 10x7 cm. Precisiamo che la lunghezza standard sull’intero mercato nazionale degli zaffi è da mt. 5 e non 10 come da voi indicato. Domandiamo quindi cortese conferma che possa essere accettata la lunghezza da m. 5. Inoltre precisiamo che date le ridotte altezze (cm. 2 - 5 - 7), l’utilizzo risulterebbe essere poco pratico e complicato, considerato il rapporto larghezza/lunghezza nel caso di lunghezza da 10 m.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara

Lotto 10	Rif. ID 15-16-17	M0201020101	Compresse piegate sterili
Lotto 21	Rif. ID 42-43-44	M0201030201	Garze laparatomiche sterili
Lotto 22	Rif. ID 45-46-47-48-49	M0201030202	Garze laparatomiche sterili

CHIARIMENTO n. 43

DOMANDA: Lotti n. 10 - n. 15 - n. 16 - n. 17 - n. 21 - lotto n. 22 - Rif. ID 46 - Rif. ID 47 - Rif. ID 48 — Rif. ID 49 - garze laparatomiche sterili. Trattandosi di dispositivi sterili, chiediamo conferma di poterli considerare in confezione da 10 garze.

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 11	Rif. ID 24	M0201020102	Compresa di garza piegata non sterile in cotone senza filo radiopaco/barretta - 8 strati
----------	------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 44

DOMANDA: Chiediamo conferma che la confezione primaria richiesta sia da 100 pezzi, come indicato nell' Allegato A "Criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi".

RISPOSTA: Si conferma.

Lotto 14	Rif. ID 28	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 4 strati
----------	------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 45

DOMANDA: Lotto 14 - Garze piegate sterili. Chiediamo conferma che la dicitura "piegata" sia un refuso, in quanto trattasi di dispositivo dalle misure tipiche delle pezze laparatomiche cucite (cm. 30x45 cm.) di conseguenza andrebbe anche corretto il CND. La confezione deve essere tassativamente considerata da max 5 pezzi come indicato nell'allegato A "criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi"?



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: Il prodotto richiesto si riferisce ad una “Medicazione in garza idrofila sterile di cotone con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati” ovvero a garze piegate sterili e non a garze laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto. La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open.

Lotto 20	Rif. ID 40-41	M0201030201	Garza laparatomica sterile
----------	---------------	-------------	----------------------------

CHIARIMENTO n. 46

DOMANDA: Lotto 20 - garze laparatomiche sterili. La confezione deve essere considerata da max 5 pezzi, come indicato nell’ allegato A “criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi”?

RISPOSTA: La confezione richiesta è di max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open.

Lotto 23	Rif. ID 52	M0201030202	Garza laparatomica non sterile
----------	------------	-------------	--------------------------------

CHIARIMENTO n. 47

DOMANDA: Lotto 23 — Rif. ID 52 - garze laparatomiche non sterili. Chiediamo conferma che il numero degli strati richiesti sia pari a 4 e non a 6 come indicato invece nell’allegato A “criteri di valutazione e modalità assegnazione punteggi”.

RISPOSTA: Si conferma che il numero degli strati è 4.

Lotto 47	Rif. ID da 131 a 140	M03030103	Rete elasticizzata tubolare
----------	----------------------	-----------	-----------------------------

CHIARIMENTO n. 48

DOMANDA: Lotto 47 - Rete elasticizzata tubolare. Chiediamo conferma che il quantitativo sia veramente espresso in confezioni e non in metri, in quanto paiono valori sicuramente esagerati per questa tipologia di articolo, ancorché destinato al fabbisogno dell’intera Regione.

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 48	Rif. ID da 141 a 152	M03030201	Maglia tubolare sottogesso
----------	-------------------------	-----------	----------------------------

CHIARIMENTO n. 49

DOMANDA: Lotto 48 - Maglia tubolare sottogesso. Come unità di misura si fa riferimento al kg. Chiediamo conferma che la descrizione della misura "...x 25 m." sia un refuso, visto che all'interno del singolo kg. la lunghezza delle bende varia a seconda della differente altezza, e quindi non può evidentemente essere sempre di 25 m. in un kg.

RISPOSTA: L'operatore potrà offrire una maglia tubolare sottogesso con lunghezza diversa da quanto indicato (max 25 metri) fermo restando il prezzo unitario offerto è riferito ad 1 chilogrammo.

Lotto 8	Rif. ID 15-16	M0201020101	Garza in compresse sterili piegata in cotone
---------	---------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 50

DOMANDA: Allegato 3 - stampato offerta economica. Lo schema offerta relativo al lotto n. 8 riporta la descrizione dei dispositivi di cui al lotto n. 5. Preghiamo correggere.

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata.

Lotto 25	Rif. ID 65 - 66	M0201030202	Garza laparatomica non sterile
Lotto 28	Rif. ID 72	M0201030202	Garza laparatomica non sterile

CHIARIMENTO n. 51

DOMANDA: Lotto 25 Rif. ID 65 - Rif. ID 66 - garze laparatomiche non sterili e Lotto 28 Rif. ID 72 - garze laparatomiche non sterili. Chiediamo conferma che vengano richieste garze laparatomiche di colore bianco.

RISPOSTA: Si conferma.

Lotto 14	Rif. ID 28	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 4 strati
----------	------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 52

DOMANDA: Lotto 14 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open misura cm. 30x45. La misura da Voi indicata solitamente è riferita ad una pezza laparatomica cucita. Si chiede pertanto se



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

sia corretto considerarla come pezza laparatomica e non come compressa piegata. I blister dovranno contenere 5 garze?

RISPOSTA: Il prodotto richiesto si riferisce ad una “Medicazione in garza idrofila sterile di cotone con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati” ovvero a garze piegate sterili e non a garze laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto. La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open.

Lotto 8	Rif. ID 15-16	M0201020101	Garza in compresse sterili piegata in cotone
---------	---------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 53

DOMANDA: Lotto 8 Sono richieste compresse sterili piegate in busta singola con apertura peel open. Tali compresse devono essere inserite in astuccio di vendita da 12 pezzi o è sufficiente che siano semplicemente poste nell'imballo di spedizione?

RISPOSTA: Come campione sono richieste 6 confezioni primarie. È a discrezione dell'operatore economico offerente presentare quanto richiesto in ulteriori altre confezioni.

Lotto 10	Rif. ID 21-22-23	M0201020101	Garza piegata sterile senza filo radiopaco/barretta in cotone - 12 strati
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 54

DOMANDA: Lotto 10 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno contenere 5 o 10 garze?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 14	Rif. ID 28	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 4 strati
----------	------------	-------------	--



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

CHIARIMENTO n. 55

DOMANDA: Lotto 14 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open misura cm. 30x45. La misura da Voi indicata solitamente è riferita ad una pezza laparatomica cucita. Si chiede pertanto se sia corretto considerarla come pezza laparatomica e non come compressa piegata. I blister dovranno contenere 5 garze?

RISPOSTA: Il prodotto richiesto si riferisce ad una "Medicazione in garza idrofila sterile di cotone con filo radiopaco/barretta in cotone – 4 strati" ovvero a garze piegate sterili e non a garze laparatomiche. È possibile presentare prodotti con elementi migliorativi rispetto a quanto richiesto. La confezione richiesta è da max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel open.

Lotto 15	Rif. ID 29-30	M0201020201	Garza piegata sterile in cotone con filo radiopaco/barretta - 8 strati
----------	---------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 56

DOMANDA: Lotto 15 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno contenere 5 o 10 garze?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 16	Rif. ID 31	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 12 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 57

DOMANDA: Lotto 16 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno contenere 5 o 10 garze?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 17	Rif. ID 33-34-35	M0201020201	Garza piegata sterile con filo radiopaco/barretta in cotone - 16 strati
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 58

Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per la fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

DOMANDA: Lotto 17 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno contenere 5 o 10 garze?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 19	Rif. ID 39	M0201020202	Compressa di garza piegata non sterile in cotone con filo radiopaco/barretta
----------	------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 59

DOMANDA: Lotto 19 Garze piegate non sterili cm. 7x9 in confezione da max 100 pezzi. Quale campionatura è richiesta per il Rif. 39) una confezione secondaria. Volete forse un imballo intero? Essendo l'articolo non sterile la confezione secondaria non è altro che l'imballo. Lo confermate?

RISPOSTA: Si rimanda alla documentazione ripubblicata, specificando che si richiede la confezione primaria.

Lotto 20	Rif. ID 40-41	M0201030201	Compressa di garza piegata non sterile in cotone con filo radiopaco/barretta
----------	---------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 60

DOMANDA: Lotto 20 Garze laparatomiche sterili in blister con apertura peel-open. I blister possono contenere una garza singola o ne devono contenere di più?

RISPOSTA: La confezione richiesta è di max 5 pezzi in doppio blister con apertura peel-open, pertanto è possibile presentare 1 pezzo in doppio blister.

Lotto 21	Rif. ID 42-43-44	M0201030201	Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 61

Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per la fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

DOMANDA: Lotto 21 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno contenere 5 o 10 garze?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 21	Rif. ID 42-43-44	M0201030201	Garza laparotomica sterile in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 62

DOMANDA: Nell'allegato B "Elenco Lotti, Basi d'asta triennali, importo cauzione e CIG", nel Lotto 21 - Rif. 42 è indicato quale base d'asta € 6.000,00 con deposito cauzionale di € 60,00. Per i riferimenti 43 e 44 dello stesso Lotto, figura una base d'asta di € 20.100,00 con deposito cauzionale di € 201,00. Il lotto dovrebbe essere unico, di conseguenza come dobbiamo regolarci visti i due importi a base d'asta ed i due importi relativi al deposito cauzionale provvisorio? Li dobbiamo forse sommare per ricavare un unico dato per la base d'asta ed un unico dato per il deposito cauzionale provvisorio?

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione ripubblicata, e in riferimento al lotto 21 si specifica che la base d'asta è unica per il lotto (pari a € 26.100,00) pertanto la cauzione da presentare è pari a € 261,00.

Lotto 22	Rif. ID 46-47-48	M0201030201	Garza laparotomica sterile di colore verde in cotone cucita con filo radiopaco/barretta senza fettucce - 4 strati
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 63

DOMANDA: Lotto 22 Garze piegate sterili in blister con apertura peel-open. I blister dovranno contenere 5 o 10 garze?

RISPOSTA: Nei dispositivi sterili, ove non espressamente indicato, il confezionamento primario deve intendersi di max 10 pezzi (n. massimo standard risultante dall'analisi di mercato).

Lotto 23	Rif. ID 52	M0201030202	Garza laparotomica non sterile con filo radiopaco/barretta senza fettucce in cotone cucita - 4 strati
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 64

Procedura aperta informatizzata suddivisa in 76 lotti e finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per la fornitura di medicazioni generali destinate alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

DOMANDA: Lotto 23 – Rif. 52 Le garze laparatomiche le volete con o senza fettuccia?

RISPOSTA: La garza richiesta si intende con fettucce.

Lotto 25	Rif. ID 64-66	M0201030202	Garza laparatomica non sterile con filo radiopaco/barretta con fettucce in cotone cucita
----------	---------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 65

DOMANDA: Lotto 25 – Rif. 64 e 66 le garze laparatomiche le volete con fettuccia?

RISPOSTA: La risposta è affermativa.

Lotto 26	Rif. ID 68	M0201030202	Garza laparatomica non sterile in cotone con cuciture laterali e a croce con filo radiopaco e con fettucce - 4 strati bianche
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 66

DOMANDA: Lotto 26 – Rif. 68 Le garze laparatomiche le volete con fettuccia?

RISPOSTA: La risposta è affermativa.

Lotto 27	Rif. ID 69	M0201030202	Garza laparatomica non sterile in cotone con cuciture laterali e diagonali a croce con filo radiopaco e con fettucce - 4 strati verdi
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 67

DOMANDA: Lotto 27 – Rif. 69 Le garze laparatomiche le volete con fettuccia?

RISPOSTA: La risposta è affermativa.

Lotto 28	Rif. ID 71	M0201030202	Garza laparatomica non sterile in cotone con cuciture laterali e diagonali a croce con filo radiopaco e con fettucce - 4 strati bianche
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 68

DOMANDA: Lotto 28 – Rif. 71 Le garze laparatomiche le volete con fettuccia?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: La risposta è affermativa.

Lotto 48	Rif. ID da 141 a 152	M03030201	Maglia tubolare sottogesso
----------	-------------------------	-----------	----------------------------

CHIARIMENTO n. 69

DOMANDA: Lotto 48 - Maglia tubolare sottogesso. L'unità di misura indicata è il kg. Il confezionamento primario è un pacco da 1 rotolo. Essendo l'articolo offerto a kg le misure più piccole non possono avere la confezione da un rotolo in quanto saranno più rotoli a formare il kg richiesto. Come dobbiamo regolarci?

RISPOSTA: L'unità di misura indicata è a kg. I fabbisogni sono espressi in kg ed il prezzo unitario che l'operatore economico deve indicare in offerta deve essere riportato all'unità di misura di 1 kg. Laddove si riporta "Il confezionamento inteso come 1 rotolo" si intende che la maglia tubolare sottogesso deve essere realizzata in rotoli.

Lotto 48	Rif. ID da 141 a 152	M03030201	Maglia tubolare sottogesso
----------	----------------------	-----------	----------------------------

CHIARIMENTO n. 70

DOMANDA: Lotto 48. Per il lotto citato, viene richiesto un confezionamento con dispenser. Si chiede se tale confezione sia un refuso, in quanto la maglia tubolare in puro cotone, con unità di misura a kg sul mercato viene notoriamente distribuita in pacchetti di film plastico.

RISPOSTA: In riferimento al lotto 48, la maglia tubolare è richiesta in rotoli.

Lotto 35	Rif. ID 92	M0201050101	Tampone rotondo morbido sterile senza filo radiopaco/barretta
----------	------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 71

DOMANDA: Lotto 35 - ID 92 – Tampone rotondo morbido sterile senza filo radiopaco/barretta. Viene richiesto un confezionamento primario in "doppia busta con apertura peel-open". Questo tipo di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

medicazioni tradizionali, per le loro caratteristiche, per l'assenza di filo radiopaco e per il loro utilizzo, vengono solitamente confezionate in blister sigillati, senza doppia busta. Dato che anche come campionatura vengono richiesti 6 blister, chiediamo di poter offrire il dispositivo confezionato in blister sigillati. Viene richiesto inoltre un numero di pezzi per confezione compreso tra un minimo di cinque e un massimo di dieci pezzi: il nostro confezionamento in blister si presenta con un blister diviso in due sezioni separabili che contengono dieci pezzi l'uno. Si richiede di poter offrire tale confezionamento che soddisfa le esigenze operative che emergono dal Capitolato.

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.

Lotto 39	Rif. ID 100	M02030201	Garze paraffinate sterili
----------	-------------	-----------	---------------------------

CHIARIMENTO n. 72

DOMANDA: Lotto 39 – ID 100 – Garze paraffinate sterili: per questo dispositivo viene chiesto un confezionamento primario in “busta singola” e con questo intendiamo la singola bustina con apertura “peel-open” contenente una medicazione sterile. La richiesta di campionatura è di “6 confezioni singole”: con questo si intendono 6 bustine singole contenenti ognuna una medicazione o devono essere campionate 6 confezioni (scatoline in cartoncino) contenenti ognuna 50 bustine singole?

RISPOSTA: Si confermano 6 confezioni singole.

Lotto 33	Rif. ID 86-87-88	M0201050201	Tampone scollatore sterile con filo radiopaco
----------	------------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 73

DOMANDA: Lotto 33 – ID 86 – 87 - 88 – Tampone scollatore sterile con filo radiopaco. Viene richiesto un confezionamento primario in “doppia busta con apertura peel-open”. Si chiede di chiarire se la richiesta di “doppia busta” possa essere soddisfatta da un doppio confezionamento composto da una scatola in cartoncino inserita in una busta tipo “peel-open”. La scatola di cartoncino ha una parte scorrevole suddivisa in piccoli scomparti che facilitano la presa e la conta del prodotto. Tale soluzione agevola una veloce rilevazione visiva e la conservazione pulita e ordinata dei tamponi, fornendo loro una robusta protezione grazie alla struttura di questo contenitore.

RISPOSTA: Si conferma quanto riportato nella documentazione di gara.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

Lotto 45	Rif. ID da 123 a 127	M0303010201	Bende elastiche autoaderenti per il fissaggio di medicazioni
----------	----------------------	-------------	--

CHIARIMENTO n. 74

DOMANDA: Lotto n. 45 Si può offrire la benda in confezione singola di cellophane posta poi in scatola multipla?

RISPOSTA: Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara.

Lotto 47	Rif. ID da 131 a 140	M03030103	Rete elasticizzata tubolare
----------	----------------------	-----------	-----------------------------

CHIARIMENTO n. 75

DOMANDA: Lotto n. 47 Viene accettata la scatola da 50 metri per le misure da 1 a 5? Si può offrire la benda con lattice? La benda viene confezionata in scatola singola. Si chiede quindi se nella richiesta campioni con "6 confezioni singole in una confezione di vendita" si intende: 6 bende poste ciascuna nella propria scatola singola.

RISPOSTA: È possibile offrire il prodotto con lunghezza di 50 metri, fermo restando che il prezzo offerto debba riferirsi comunque alle unità di misura richieste in gara. Nel confermare la possibilità di offrire i prodotti contenenti lattice, si evidenzia che l'assenza di tale componente è elemento premiante, come riportato nell'Allegato A Criteri di valutazione e modalità assegnazione dei punteggi. Come campionatura si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata specificando che si richiedono 6 confezioni singole.

Lotto 51	Rif. ID 161-162	M0304010102	Bende elastiche compressive non adesive a media estensibilità
----------	-----------------	-------------	---

CHIARIMENTO n. 76

DOMANDA: Lotto n. 51 e altri. La benda viene confezionata in cellophane singolo. Si chiede quindi se nella richiesta campioni "6 scatole in confezione di vendita" si intenda 6 bende confezionate singolarmente poste poi in una scatola multipla.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: Laddove la confezione singola è la confezione di vendita è possibile inviare 6 bende confezionate singolarmente.

QUESITI DI CARATTERE GENERALE

CHIARIMENTO n. 1

DOMANDA: Per i lotti dove i prodotti sono richiesti in doppio blister, è richiesta la doppia etichetta di controllo e di rintracciabilità?

RISPOSTA: Atteso che i prodotti sterili richiesti in doppio blister possono avere come destinazione d'uso la sala operatoria o ambienti assimilabili, è richiesta la doppia etichetta di controllo e tracciabilità.

CHIARIMENTO n. 2

DOMANDA: Per il lotto 21, sia nell'Allegato B elenco lotti, CIG, base d'asta cauzione e nella Determina 52805-3112 del 23 dicembre indizione gara, ci sono 2 basi d'asta, una che riguarda solamente il SUB-ID 42, l'altra invece che riguarda gli ID 43 e 44. Essendo l'aggiudicazione per singolo lotto con un'unica base d'asta per singolo lotto, si chiede se si tratta di un refuso.

RISPOSTA: Si specifica che con riferimento al lotto 21, la base d'asta è unica (pari a € 26.100,00) pertanto la cauzione da presentare per tale lotto è pari a € 261,00, come da documentazione ripubblicata.

CHIARIMENTO n. 3

DOMANDA: A pagina 19 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.1, lettera a), si chiede la compilazione di un Allegato 2A. Tale allegato non è presente nella documentazione presente sul sito della Regione Autonoma Sardegna. Si richiede l'inserimento del suddetto allegato.

RISPOSTA: La documentazione completa di gara è visionabile:

- sul sito www.regione.sardegna.it nella sezione "Servizi alle imprese – bandi e gare d'appalto", in particolare l'Allegato 2A è presente nel file zippato "Allegati-modulistica";



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

- sul sito www.sardegnaecat.it dopo la registrazione, accedendo nell'area riservata alla gara.

CHIARIMENTO n. 4

DOMANDA: A pagina 20 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.1, lettera f) si chiede di dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica professionale. Per tale dimostrazione cosa occorre produrre?

RISPOSTA: Le imprese concorrenti devono attestare il possesso del requisito di capacità tecnica professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di cui al paragrafo 3, lettera e) compilando in modo completo l'allegato 2B - DGUE.

CHIARIMENTO n. 5

DOMANDA: A pagina 20 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.1, lettera h) si chiede di produrre una cauzione provvisoria pari al 2%. Al contrario nel nuovo Allegato B si richiede una cauzione provvisoria pari ad € 250,00 e dunque corrispondente all'1%. Si chiede di confermare se la cauzione provvisoria debba essere del 2 % o dell'1%?

RISPOSTA: La cauzione provvisoria è da produrre all'1% salvo ulteriori riduzioni come da D.Lgs 50/2016.

CHIARIMENTO n. 6

DOMANDA: A pagina 20 del Disciplinare di gara, paragrafo 5.1, lettera i) si chiede di produrre una procura. Se i documenti richiesti in gara saranno firmati dal Legale Rappresentante, cosa occorrerà produrre al posto della procura?

RISPOSTA: I documenti richiesti firmati in gara, vanno sottoscritti digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa stessa o da altro soggetto con poteri di firma, la cui procura deve essere prodotta all'interno della Busta di Qualifica. Tale procura deve essere allegata a sistema nel caso in cui i poteri del soggetto sottoscrittore non siano riportati nel certificato camerale.

CHIARIMENTO n. 7



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

DOMANDA: In riferimento all'Allegato 2B - DGUE si chiede cortesemente di precisare quali parti debbano essere compilate relativamente a:

- Parte IV: criteri di selezione sez. B: capacità economia e finanziaria
- Parte IV: criteri di selezione sez. C: capacità tecnica e professionale
- Parte II: L'appalto è riservato

RISPOSTA: Non sono richiesti requisiti di capacità finanziaria, pertanto tale parte non va compilata, sono richiesti requisiti di capacità tecnica pertanto la sezione C va compilata in riferimento a quanto richiesto nel bando. L'appalto non è riservato.

CHIARIMENTO n. 8

DOMANDA: Disciplinare di gara. Cauzione provvisoria. Pag. 20 di 59 – paragrafo 5.1 Documentazione amministrativa - lettera h). Si parla di “cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta (si rimanda al paragrafo 5.1.3. per la descrizione)”. Al paragrafo 5.1.3 la percentuale indicata è pari però all'1% dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta. Domandiamo conferma che possa essere considerata valida la percentuale dell'1%.

RISPOSTA: Si conferma.

CHIARIMENTO n. 9

DOMANDA: Disciplinare di gara. Cauzione provvisoria. Pag. 28 di 59 — Viene precisato che “l'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN 150 9000”. Inoltre è ridotto del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 150 14001”. Chiediamo conferma in ordine all'applicazione di una riduzione del 70% (50% e 20%) sull'importo della cauzione prevista nel caso di possesso da parte dell'operatore economico rispettivamente della certificazione UNI 150 9001 (riduzione 50) e certificazione UNI EN 150 14001 (20). A titolo esemplificativo per il Lotto n. 1 l'importo della cauzione provvisoria sarà quindi di € 1.314,00 (pari ad una riduzione del 70% sull'importo pieno di € 4.380,00 da Voi indicato). Restiamo in attesa di conferma per poter procedere secondo lo schema di cui sopra in fase di calcolo dell'importo della cauzione stessa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: L'importo della garanzia provvisoria indicato al paragrafo 4.7, può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, sulla base di riduzioni progressive, in relazione al/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso.

L'importo della garanzia è individuato con la seguente modalità: ogni riduzione prevista dalla norma sopra citata si applica al valore della garanzia, che deriva dall'applicazione della riduzione precedente, in ragione della formula seguente:

$$C = Cb * (1 - R1) * (1 - R2) * (1 - R3) * (1 - R4)$$

Dove:

C = garanzia da prestare

Cb = garanzia base

R1 = riduzione del 50% in caso di rilascio da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000

R2 = riduzione del 30% in caso di possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009

oppure

del 20% se l'offerente è in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

R3 = riduzione del 20% in caso di possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto della Convenzione stessa, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

R4 = riduzione del 15% in caso di:

- sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1;
- oppure un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Si precisa che, in caso di mancato possesso di uno o più dei suddetti requisiti, il corrispondente valore di R1, R2, ... nella formula sopra riportata sarà posto pari a 0.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

CHIARIMENTO n. 10

DOMANDA: Disciplinare di gara pag. 22 di 59 - Dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A) e DGUE (Allegato 2B). Viene precisato che “nella dichiarazione di partecipazione (Allegato 2A) e nel DGUE (Allegato 2B) le imprese concorrenti devono attestare...”. Precisiamo che le varie dichiarazioni compaiono talvolta nell’Allegato 2A) e talvolta nell’Allegato 2B, non su entrambi. Chiediamo conferma che le attestazioni richieste possano risultare indistintamente su uno dei 2 allegati.

RISPOSTA: Si conferma.

CHIARIMENTO n. 11

DOMANDA: Disciplinare di gara, pag. 31 di 59 — paragrafo 5.2. “Offerta Tecnica”. Al punto 1 - Viene richiesta la “rispondenza ai requisiti di prova previsti dalla UNI EN 14079”. Domandiamo se sia sufficiente dichiarare la corrispondenza ai requisiti previsti oppure se sia obbligatorio allegare l’analisi completa effettuata dal nostro laboratorio interno.

RISPOSTA: Come indicato nella documentazione di gara e nello specifico nel disciplinare di gara a pag. 31 è richiesto di produrre, firmare digitalmente e allegare a sistema la dichiarazione attestante la rispondenza ai requisiti di prova previsti dalla UNI EN 14079:2004 (per garze di cotone/cotone e viscosa assorbente).

CHIARIMENTO n. 12

DOMANDA: Disciplinare di gara, pag. 34 di 59 Modello F23. Viene richiesto di “allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di bollo inerente l’offerta economica (versata per ciascun lotto a cui si partecipa)”. Vista la numerosità dei lotti ai quali intendiamo partecipare (circa 50), domandiamo la possibilità di poter effettuare il pagamento in qualche altro modo al fine di poter cumulare più lotti con indicazione del relativo CIG, come richiesto, ed allegare la ricevuta ad ogni lotto cui si partecipa, magari evidenziando il lotto di riferimento. In caso contrario dovrebbero essere predisposti circa 50 moduli e contestualmente effettuati 50 versamenti, operazione assolutamente laboriosa.

RISPOSTA: È possibile pagare l’importo complessivo (importo del bollo moltiplicato per il numero dei lotti cui si partecipa) con un unico modello F23, indicando almeno uno dei CIG di gara. Il modello



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

anche se unico, va scansionato, firmato digitalmente e allegato nella busta economica di ciascun lotto a cui si partecipa.

CHIARIMENTO n. 13

DOMANDA: Allegato B Elenco lotti – CIG - Basi d'asta - cauzione. Chiediamo conferma che tale allegato, che faceva parte della documentazione di gara inizialmente, non sia più da considerare e che risulti sostituito "dall'Allegato B - Elenco lotti, cig, basi d'asta, cauzione new", il quale risulta però diverso (mancano le colonne materiali/dettagli — um oggetto iniziativa q— misure — latex free — confezionamento primario — quantità triennale).

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, nel cui allegato B si riportano i valori a base d'asta, l'importo della cauzione e codice CIG per ciascun lotto.

CHIARIMENTO n. 14

DOMANDA: Allegato 3 stampato offerta economica. I quantitativi esposti risultano diversi da quelli indicati nel SubAllegato 1B e nel SubAllegato 1C, mentre risultano uguali a quelli indicati nel 1° ALLEGATO B (che non compare più tra i documenti di gara). Come ci si deve regolare?

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata.

CHIARIMENTO n. 15

DOMANDA: Punto b) - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Si chiede se tutte le sezioni del documento debbano essere compilate nei loro riferimenti o se alcune parti non sono da completare. A pag. 24 del Disciplinare di gara viene indicato che se un'impresa partecipa a diversi lotti è necessario presentare un Allegato 2B - DGUE distinto per ciascun Lotto. Si chiede di confermare quest'ultimo punto, in quanto se un Operatore Economico partecipa a 50 Lotti, deve forse presentare 50 DGUE perfettamente uguali? Se così fosse dove si andrebbero a caricare? Sul portale è previsto un solo campo.

RISPOSTA: Essendo il DGUE un modello unico per le diverse procedure di gara, si chiarisce che vanno compilate solo le sezioni attinenti lo specifico appalto. È possibile presentare un unico DGUE anche se si partecipa a più lotti fermo restando che l'impresa partecipi in forma singola o con il medesimo raggruppamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

CHIARIMENTO n. 16

DOMANDA: Punto f) – Possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, di cui al paragrafo 3 lettera e), f). Si chiede se per questo punto si deve presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto sopra indicato. Se così non fosse, quali sono i documenti da allegare?

RISPOSTA: Come riportato nel paragrafo 5.1.1. “Dichiarazione di partecipazione (allegato 2A) e DGUE (Allegato 2B) le imprese concorrenti devono attestare il possesso del requisito di capacità tecnica professionale, ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, di cui al paragrafo 3, lettera e) compilando in modo completo gli allegati citati.

CHIARIMENTO n. 17

DOMANDA: Punto h) - Cauzione Provvisoria. A pagina 20 del Disciplinare è indicato che la cauzione provvisoria dovrà essere pari al 2% dell'importo massimo complessivo posto a base d'asta dei lotti partecipati. A Pag. 27 del Disciplinare la cauzione è indicata all'1% e nell'allegato B gli importi da Voi indicati nella colonna “Cauzioni provvisorie” sono pari all'1% delle basi d'asta triennali. Si chiede quindi di confermare la percentuale all'1% e la possibilità di correggere la Dichiarazione di cui All'allegato 2A in quanto riporta il dato errato.

RISPOSTA: La cauzione provvisoria è da produrre all'1% salvo ulteriori riduzioni come da D.Lgs 50/2016.

CHIARIMENTO n. 18

DOMANDA: Punto i) – La Procura attestante i poteri del sottoscrittore è da presentare solo in caso di sottoscrizione da parte di un Procuratore Speciale? Lo confermate?

RISPOSTA: Si conferma e si specifica inoltre che la procura deve essere allegata a sistema nel caso in cui i poteri del soggetto sottoscrittore non siano riportati nel certificato camerale.

CHIARIMENTO n. 19



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

DOMANDA: Disciplinare di Gara “Offerta Economica”. Si precisa che lo Schema di Offerta Economica – Allegato 3) riporta diversi errori: Nel Lotto 8 avete scritto Lotto 5, i quantitativi riportati non sono stati aggiornati con l’ultimo Sub Allegato 1 caricato a Portale. Come dobbiamo procedere? Pubblicherete un nuovo schema di offerta o dobbiamo procedere noi alle correzioni dei quantitativi errati?

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata.

CHIARIMENTO n. 20

DOMANDA: A pag. 37 del Disciplinare è indicato che i campioni dovranno essere divisi per lotto e ciascun campione a sua volta dovrà essere contrassegnato con un’etichetta riportante: Ragione sociale del concorrente, numero di lotto, riferimento, nome del prodotto e codice articolo. Se ad esempio dovessimo etichettare un campione composto da una busta singola posta in confezione primaria da 10 pezzi. si dovrebbe etichettare il pacchetto da 10 pezzi o le 10 buste singole?

RISPOSTA: L’etichetta va inserita sul pacchetto da 10 pezzi.

CHIARIMENTO n. 21

DOMANDA: Codice CND. Laddove il Codice CND indicato nei documenti di gara, sia diverso da quello di un operatore economico, è possibile indicare il CND del concorrente o tale possibilità è negata?

RISPOSTA: Il CND è obbligatorio.

CHIARIMENTO n. 22

DOMANDA: Confezionamento ed Etichettatura. A pag. 4 e 5 del Capitolato Tecnico è indicato che il confezionamento primario è quello a contatto diretto con il prodotto, mentre il confezionamento secondario è quello minimo di vendita. Per alcuni articoli il confezionamento secondario è la confezione multipla intesa come minima di vendita. Es. Compresse sterili in blister, che verranno poi inserite in box dispenser e successivamente nell’imballo di vendita.

Per altri il confezionamento secondario non è altro che l’imballo di spedizione. Es. Compresse non sterili confezionate in pacchi da kg. 1 e successivamente poste nell’imballo di vendita (in questo caso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

l'imballo non sarebbe la confezione minima di vendita). Come consigliate di procedere? Vi dobbiamo segnalare oltre all'imballo anche quella che riteniamo essere la confezione minima di vendita?

RISPOSTA: In merito alla campionatura da presentare si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, con la specifica che la colonna è rinominata "Confezionamento". Si conferma che la confezione primaria è quella a contatto diretto con il prodotto, mentre il confezionamento secondario è quello minimo di vendita; laddove il confezionamento minimo di vendita coincida con il primario è sufficiente inviare quest'ultimo.

CHIARIMENTO n. 23

DOMANDA: Relativamente all'Allegato A "Criteri di valutazione" Vi precisiamo che nella colonna "Confezionamento Primario" in alcuni lotti sono indicate confezioni primarie diverse dalle confezioni indicate per lo stesso articolo nell'allegato Sub Allegato 1B. Quali sono quelle corrette?

RISPOSTA: Si rinvia alla documentazione di gara ripubblicata, specificando che la colonna si rinomina come "Confezionamento".

CHIARIMENTO n. 24

DOMANDA: Allegato 2B – DGUE modalità di compilazione. Sezione C - Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c), del codice): poiché nel bando punto III.2.3) e nel disciplinare paragrafo 3 punto e) si chiede di dimostrare la capacità tecnica minima mediante la stipulazione di almeno "un contratto per fornitura di medicazioni, reso in favore di Aziende sanitarie del settore pubblico e/o privato, con la descrizione sintetica della fornitura eseguita e/o in corso, del soggetto committente, dell'importo e del periodo di esecuzione", si chiede conferma che vada compilato solo il punto 1b) parte C del DGUE, ovvero indicando "le principali forniture del tipo specificato", considerando, pertanto, facoltativa la compilazione dei punti da 2 a 12 che sembrerebbero, per di più, rispondenti alla tipologia di appalti di lavori e non di forniture.

Sezione B - Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b), del codice): poiché nel bando punto III.2.2) non viene richiesto di dimostrare tale capacità, si chiede conferma che la Sezione B del DGUE non vada compilata.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

RISPOSTA: Si conferma la modalità di compilazione indicata nel chiarimento per la Sezione C - Capacità tecniche e professionali. Si conferma inoltre che non essendo stati richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria, la sezione apposita del DGUE non va compilata.